

ООО «СМОЛЫ»
г. Москва, Воротниковский пер., 8, стр. 1
тел. 8 (495) 799-91-33



СМОЛЫ

Производство
Поставка

т. 8 495 799-91-33
т. 8 495 799-91-34



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ГОСТ Р 58144-2018

Партия № 202

Дата изготовления: 05.09.2021г.

Количество мест: 845

Упаковка: 5 л бутылки ПЭТ

№ п.п.	Наименование показателей	Норма	Анализ
1	Внешний вид: прозрачная, бесцветная жидкость, не имеющая запаха		<i>соответст.</i>
2	Удельная электрическая проводимость при T= 20±2 °С, мкСм/см, не более - с постоянным протоком воды - в емкости 200л	4,3	2,9 3,4
3	Массовая концентрация ионов аммония, мг/дм ³ , не более	0,2	0,12
4	Массовая концентрация нитрат-ионов, мг/дм ³ , не более	0,2	0,16
5	Массовая концентрация сульфат-ионов, мг/дм ³ , не более	0,5	0,37
6	Массовая концентрация хлорид-ионов, мг/дм ³ , не более	0,5	0,41
7	Массовая концентрация алюминия, мг/дм ³ , не более	0,05	0,02
8	Массовая концентрация железа, мг/дм ³ , не более	0,05	0,04
9	Массовая концентрация кальция, мг/дм ³ , не более	0,8	0,65
10	Массовая концентрация меди, мг/дм ³ , не более	0,02	0,015
11	Массовая концентрация свинца, мг/дм ³ , не более	0,05	0,03
12	Массовая концентрация цинка, мг/дм ³ , не более	0,2	0,18
13	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO ₄ (O), окраска	розовая	<i>соответст.</i>
14	Показатель pH воды	5,0-7,0	6,5
15	Массовая концентрация общего органического углерода, мг/дм ³ , не более	0,5	0,43

Заключение ОТК: вода дистиллированная соответствует ГОСТ Р 58144-2018

Мастер контрольной ОТК _____

Дополнительная информация:

Дистиллированную воду хранят в герметически закрытых полиэтиленовых и фторопластовых бутылках или другой таре, обеспечивающей стабильное качество воды.

Гарантийный срок складского хранения: 12 месяцев с момента производства.
Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.10651

ООО «СМОЛЫ»
127006, г. Москва, Воротниковский пер., д.8, стр.1
тел. 8 (495) 799-91-33