

ООО «СМОЛЫ»
127006, г. Москва, Воротниковский пер., д.8, стр.1
тел. 8 (495) 799-91-33



Производство
Поставка

т. 8 495 799-91-33
т. 8 495 799-91-34

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ВОДА ДЕИОНИЗИРОВАННАЯ ТУ 20.13.52-002-25346627-2018

Партия № 31

Дата изготовления 15.01.2019г.

Количество мест 462 м.

Упаковка: ПЭТ бутылъ 5 л

№ п.п.	Наименование показателей	Норма	Анализ
1	Внешний вид: прозрачная, бесцветная жидкость, не имеющая запаха		соответст.
2	Удельное сопротивление при T=(20±2) °С, МОм·см, не менее - с постоянным протоком воды - в емкости 200л	16 10	16,9 14,1
3	Перманганатная окисляемость в пересчете на кислород, мг/л, не более	0,5	соответст.
4	Содержание кремниевой кислоты, мг/л, не более	0,01	соответст.
5	Содержание железа (Fe), мг/л, не более	0,01	соответст.
6	Содержание меди (Cu), мг/л, не более	0,005	0,005
7	Содержание алюминия (Al), мг/л, не более	0,01	соответст.
8	Содержание кальция (Ca), мг/л, не более	0,01	0,01
9	Содержание цинка (Zn), мг/л, не более	0,01	соответст.
10	Содержание свинца (Pb), мг/л, не более	0,01	соответст.
11	Содержание сульфатов (SO ₄), мг/л, не более	0,005	соответст.
12	Содержание аммиака (по азоту), мг/л, не более	0,01	0,01
13	Показатель pH воды	5,4 - 6,6	6,3
14	Массовая концентрация остатка после выпаривания, мг/л, не более	0,05	соответст.

Заключение ОТК: вода деионизированная соответствует ТУ 20.13.52-002-25346627-2018

Мастер контрольной ОТК

ОТК 175

Дополнительная информация.

Деионизированную воду хранят в герметически закрытых полиэтиленовых и фторопластовых бутылках или другой таре, обеспечивающей стабильное качество воды.

Гарантийный срок складского хранения: 30 календарных дней.

ООО «СМОЛЫ»
127006, г. Москва, Воротниковский пер., д.8, стр.1
тел. 8 (495) 799-91-33