ООО «СМОЛЫ»
127006,г. Москва, Воротниковский пер., д.8, стр.1
тел. 8 (495) 799-91-33

СМОЛЫ Производство т. 8 495 799-91-33
Поставка т. 8 495 799-91-34

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ
ГОСТ 6709-72

Партия № *28*

Дата изготовления *15.01.2019г.*

Количество мест *934 м.*

Упаковка: ПЭТ-бутыль 5л

№ п.п.	Наименование показателей	Норма	Анализ
1	Внешний вид: прозрачная, бесцветная жидкость, не имеющая запаха		*соответст.*
2	Удельная электрическая проводимость при Т= 20±2 °С, мкСм/см, не более - с постоянным протоком воды - в емкости 200л	 5,0 -	 *4,4* *7,3*
3	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH_4), мг/дм^3, не более	0,02	*0,014*
4	Массовая концентрация нитратов (KO_3), мг/дм^3, не более	0,2	*соответст.*
5	Массовая концентрация сульфатов (SO_4), мг/дм^3, не более	0,5	*соответст.*
6	Массовая концентрация хлоридов (Cl), мг/дм^3, не более	0,02	*0,01*
7	Массовая концентрация алюминия (Al), мг/дм^3, не более	0,05	*соответст.*
8	Массовая концентрация железа (Fe), мг/дм^3, не более	0,05	*0,01*
9	Массовая концентрация кальция (Ca), мг/дм^3, не более	0,8	*0,4*
10	Массовая концентрация меди (Cu), мг/дм^3, не более	0,02	*соответст.*
11	Массовая концентрация свинца (Pb), мг/дм^3, не более	0,05	*соответст.*
12	Массовая концентрация цинка (Zn), мг/дм^3, не более	0,2	*0,2*
13	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих $KMnO_4$(O), мг/дм^3, не более	0,08	*0,06*
14	Показатель pH воды	5,4 - 6,6	*6,4*
15	Массовая концентрация остатка после выпаривания, мг/дм^3, не более	5	*4,7*

Заключение ОТК: *вода дистиллированная соответствует ГОСТ 6709-72*

Мастер контрольной ОТК _____ ОТК 175

Дополнительная информация.

Дистиллированную воду хранят в герметически закрытых полиэтиленовых и фторопластовых бутылках или другой таре, обеспечивающей стабильное качество воды.

Гарантийный срок складского хранения: 12 месяцев

ООО «СМОЛЫ»
127006,г. Москва, Воротниковский пер., д.8, стр.1
тел. 8 (495) 799-91-33